PM-1550 nm Phase Modulator Test Data Sheet

PART NUMBER
PM-1550-0.2-S

SERIAL NUMBER
240541943

TESTED BY
F.C.

TESTED ON
8/7/2024

Parameter	Specification	Test Result
Optical Insertion Loss (dB)	≤ 3.5	3.2
Half Wave Voltage @ 10kHz (V)	≤ 2.5	2.20
Optical Return Loss, Input (dB)	≤ -40	-48.0
Optilcal Return Loss, Output (dB)	≤ -40	-47.4

